



## Procedura aperta per la fornitura di 2 Laser Scanner 3D (cod. 29\_07)

Appalto finanziato dall'Unione Europea, POR Sardegna 2000-2006, Misura 3.13

### FAQ

**1. Domanda**

Come devono essere letti i dati delle specifiche tecniche richieste da Sardegna Ricerche?

**Risposta**

Per tutti i valori sono riportate le specifiche minime sufficienti. Per "Scan rate (max)" si intende richiedere la piu 'alta velocita' di scan della macchina, che deve essere non inferiore a 50'000 pt/s.