



SARDEGNA RICERCHE

FAQ al 6 aprile 2009
Cod. 14_09

Quesito n. 1

Le caratteristiche minime indicate nella scheda tecnica sono tutte da considerarsi tali?

Risposta al Quesito 1

Le seguenti caratteristiche minime richieste sono da considerarsi indicative:

- Range: lineare su 6 decadi
- Ampio schermo touchscreen a colori (6.6 pollici) con menu guida di semplice utilizzo
- Protocolli d'analisi per acidi nucleici e proteine secondo PicoGreen®, RiboGreen®, e Quant-it™.
- Dimensioni esterne massime: Profondità 55 cm; Larghezza 45 cm; Altezza: 35 cm.