



SARDEGNA RICERCHE

FAQ al 29 dicembre 2009
COD. 84_09

Quesito n. 1

D. è possibile presentare offerte di prodotti di marca differente da quella indicata nelle schede tecniche allegate al capitolato?

R. Sì a condizione che i prodotti offerti abbiano prestazioni pari o superiori a quelli richiesti e che siano direttamente interfacciabili con i prodotti già in possesso eventualmente indicati nelle schede tecniche.

Quesito n. 2

D. In merito alle caratteristiche dell'incubatore CO2 di cui al lotto 1:

- il display deve necessariamente essere touchscreen?
- il ventilatore deve necessariamente essere interno?
- se la camera fosse dotata di filtro Hepa sarebbe un problema?

R. In merito alle caratteristiche dell'incubatore CO2 di cui al lotto 1:

- il display deve essere preferibilmente touch screen
- il ventilatore deve essere necessariamente interno
- il filtro HEPA può essere presente, ma solo come ulteriore sistema di filtrazione, non deve essere l'unico presente.

Quesito n. 3

D. Cosa si intende per "elettronico" nella scheda tecnica relativa al dispensatore elettronico (elettronico per la presenza di un display o elettronico nella regolazione dei liquidi dispensati?)

R. Il "dispensatore elettronico" viene definito così per la presenza del display e per la dispensazione elettronica dei liquidi con funzioni di memoria programmabili